

試験証明書

依頼者 日本エンコン 株式会社 殿

品名 サージカルマスク 1点

試験項目 バクテリアバリア性 (BFE)

平成20年11月11日付けで当所に提出された試料の試験結果は、下記のとおりであることを証明します。

平成20年11月19日

カクシ

〒550-0002 大阪市西区江戸堀2丁目5番19号
財団法人 日本化学繊維検査協会
生物試験センター
TEL:06-6441-0399 FAX:06-6441-6803

記

試験結果

試料	BFE (%)
No. WAN-9100	99.8

試験方法 : ASTM F2101-07

供試菌 : 黄色ブドウ球菌・*Staphylococcus aureus* ATCC 6538

試料

貼付省略

以上